

Colegiul Medicilor Dentiști din București împreună cu reprezentanții ai Inspecției Sanitare de Stat din Ministerul Sănătății precum și de la nivelul Municipiului București au elaborat un Acord privind obiectivele de control în cabinetele medicale dentare din Municipiul București. Respectarea acestor norme protejează medicii dentiști în relația cu inspectorii Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.

OBIECTIVE DE CONTROL ÎN CABINETUL MEDICAL DENTAR

1. Controlul sterilizării

- 1.1. Fiecare cabinet, va fi dotat fie cu sterilizator cu aer cald (tip Pupinel; Etuva), fie cu aburi (Autoclav), autorizat de Ministerul Sănătății
- 1.2. Registrul de control al sterilizării (capul tabelului- vezi anexa nr.1)
- 1.3. Numerotarea și conținutul truselor – vezi anexa nr.2
- 1.4. Fiecare trusă, va avea lipit de capac, martorul sterilizării (test chimic)
- 1.5. Trusele vor fi banderolate (sigilate) doar în situațiile în care sterilizarea se efectuează într-un spațiu situat în afara cabinetului. Pe banderolă, va fi înscrisă data sterilizării.

2. Colectarea și manipularea deșeurilor

- 2.1. Fiecare cabinet, indiferent de forma de organizare va trebui să aibă contract de îndepărtare și neutralizare a deșeurilor cu firme autorizate.
- 2.2. Deșeurile biologice vor trebui colectate în saci de plastic distincți (saci de culoare galbenă).

Containerele situate în afara cabinetului trebuie să fie asigurate (spațial securizat).

- 2.3. Deșeurile trebuie ridicate într-un interval de timp nu mai mare de 72 ore.
- 2.4. Deșeurile tăietoare/înțepătoare , trebuiesc colectate în recipiente separate, omologate pentru această destinație(cu pereți duri și care permit detașarea acului de seringă).

3. Manipularea instrumentarului

- 3.1. În vederea manipulării instrumentelor sterilizate, cabinetul va fi dotat cu pense de serviciu.
- 3.2. Pensele vor fi ținute într-un recipient cu substanță desinfectantă, omologată de Ministerul Sănătății, în termenele prevăzute de fișa tehnică, dar nu mai mult de 12 ore.
- 3.3. Instrumentele folosite , vor fi depozitate într-un recipient cu soluție desinfectantă, omologată de Ministerul Sănătății.
- 3.4. Se etichetează cu data când s-a făcut diluția, concentrația și numele substanței.

4. Circuitul de sterilizare

- 4.1. În cabinetele dentare dotate cu cel puțin 3 unituri dentare (unități de lucru) , sterilizarea trebuie efectuată într-o încăpere separată.
- 4.2. În spatiul destinat sterilizării, trebuie asigurat un loc pentru spălarea și pregătirea truselor de sterilizat, separat de cel destinat sterilizării propriu-zise și depozitării truselor sterilizate.
- 4.3. În cabinetele dentare cu 1 maxim 2 unități de lucru, sterilizarea se poate efectua și în cabinetul dentar, în afara programului de lucru cu pacienții.